

UAB „Pažangios Inovacijos“

A. Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Tel.: 8 5 2715273
Įmonės kodas: 123839717 PVM mokėtojo kodas: LT238397113



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

KONKURSO ŠALYGOS

Bandymų stendai (daugiafunkcinis bandymų stendas, relinės apsaugos ir automatikos įrenginių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu - 2 vnt.; bandymo stendas įtampos/srovės transformatorių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu – 1 vnt.; bandymo stendas baterijų testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu -1 vnt.)

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	3
5. KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	4
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	5
8. DERYBOS	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	6
10. PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS	6
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	7
12. PRIEDAI	7

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 **Pažangios inovacijos, UAB** (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "**SIC veiklos ir paslaugų plėtra**" (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: bandymų stendai (daugiafunkcinis bandymų stendas, relinės apsaugos ir automatikos įrenginių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu - 2 vnt.; bandymo stendas įtampos/srovės transformatorių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu – 1 vnt.; bandymo stendas baterijų testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu -1 vnt.);

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei *konkurso sąlygomis* (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

UAB „Pažangios Inovacijos“ direktorius Gintaras Vilda, mob. tel. +370 686 13581, el.p. , Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius.

UAB “Pažangios inovacijos“ Rolandas Lepardinas, tel. +370 687 10087 ir (arba) elektroniniu paštu: rl@manuvalley.tech

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkami bandymų stendai (daugiafunkcinis bandymų stendas, relinės apsaugos ir automatikos įrenginių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu - 2 vnt.; bandymo stendas įtampos/srovės transformatorių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu – 1 vnt.; bandymo stendas baterijų testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu -1 vnt.);

2.1. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.2. Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

2.3. Prekės turi būti pristatytos per 8 savaites nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2.4. Prekių pristatymo vieta – UAB Pažangios inovacijos pagal nuomos sutartį valdomose patalpose, L.Zamenhofo g. 5, Vilnius, Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiama užpildyta tiekėjo deklaracija (priedas Nr.3).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2021 m. birželio mėn. 16 d. 17:00 val.** elektroniniu paštu: rl@manuvalley.tech.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis.

4.4 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. techniniai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomos prekės atitinka techniniuose reikalavimuose nustatytus parametrus;

4.5.5. užpildyta tiekėjo deklaracija (priedas Nr.3)

4.5.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai/kelioms arba visoms pirkimo dalims.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2021 m. birželio mėn. 16 d. 17:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį konkurso sąlygų 4.2 punkte nurodytu el. pašto adresu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma *prekių* kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą *prekių kiekį*, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į *prekęs* kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, kurios nurodytos techninėje specifikacijoje – pristatymas, pajungimas, apmokymas ir k.t.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei tris mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša el. paštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Projektų administravimo ir finansavimo Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu el. paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Rolandas Lepardinas, tel. +370 687 10087 ir (arba) elektroniniu paštu: rl@manuvalley.tech.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, *tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant*.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateikti duomenys nebus sužinoti anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 4.9 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, *tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant*.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų vertinimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai mažos kainos, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo el. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

6.11 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjui atsisakius pratęsti pasiūlymo galiojimą, pasiūlymas atmetamas

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksliino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksliino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinųjų dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos tik dėl prekių kainos. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, el. paštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el. paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Prekės turi būti pristatytos per 8 savaites nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Atsiskaitymo terminas – 60 kalendorinių dienų po sutarties įvykdymo.

10.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.3 Sutarties formą siūlo Pardavėjas;

10.4 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.5 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.6 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties prekių vertės.

10.7 Mokėjimo sąlygos:

10.7.1. Už prekes atsiskaitoma per 60 kalendorinių dienų nuo tiekėjo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros.

10.8 Laiku nepristačius prekių Tiekėjas privalės sumokėti 0,1% nepristatytų prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 5% sutarties vertės.

10.9 Vėluojant atsiskaityti už prekes pagal sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, Pirkėjas privalės sumokėti 0,1% neapmokėtos prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 5% sutarties vertės.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo *konkurse* išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja el. paštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiama.

12. PRIEDAI

12.1 Techninė specifikacija;

12.2 Pasiūlymo forma;

12.3 Tiekėjo deklaracija.

Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija

Bandymų stendai (daugiafunkcinis bandymų stendas, relinės apsaugos ir automatikos įrenginių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu - 2 vnt.; bandymo stendas įtampos/srovės transformatorių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu – 1 vnt.; bandymo stendas baterijų testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu -1 vnt.)

Tiekėjas privalo užpildyti stulpelį „Atitikimą patvirtinanti reikšmė“, įrašant jame siūlomos prekės konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:

1. Daugiafunkcinis bandymų stendas, relinės apsaugos ir automatikos įrenginių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

Eil. Nr.	Įrenginio reikalaujamas parametras, funkcijos, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė (neblogesnė arba lygiavertė)	Reikalingas kiekis 1 komplekte	Atitikimą patvirtinanti reikšmė
1.	Relinės apsaugos ir automatikos bandymo stendas	CMC356 arba lygiavertis	1	
1.1	Standartai, sertifikatai			
	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu	ISO 9001	-	Yra
	Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatais	ISO 14001 EMAS	-	Yra
	Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo (2014/30/EU), tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/EU) ir tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo įrangoje (2011/65/EU) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatais	CE atitikties deklaracijos sertifikatai	-	Yra
1.2	Paskirtis			
		Rankiniam ir automatiniam relių funkcijų testavimui	-	Yra
		Mikroprocesorinių relių atitinkančių IEC 60255 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (tokių kaip ABB, GE, Siemens, Vamp ir t.t.) tikrinimui ir	-	Yra

Eil. Nr.	Įrenginio reikalaujamas parametras, funkcijos, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė (neblogesnė arba lygiavertė)	Reikalingas kiekis 1 komplekte	Atitikimą patvirtinanti reikšmė
		nuostatų atlikimui		
		Elektromechaninių relijų testavimui ir nuostatų atlikimui	-	Yra
1.3	Sroviniai išėjimai	-	≥ 6 vnt.	Ne mažiau
	Kintama srovė	6 fazių režime: ≥ 6 x 0 ... 32A; 6 x 430VA prie 25A; *a	-	Yra
		3 fazių režime: ≥ 3 x 0 ... 64A; 3 x 860VA prie 50A; *a	-	Yra
		1 fazės režime: ≥ 1 x 0 ... 128A; 1 x 1000VA prie 80A; *a	-	Yra
	Nuolatinė srovė	≥ 1 x 0 ... 180A; 1 x 1400W prie 80A *a	-	Yra
	Tikslumas (paklaida)	≤ 0,05% nuo diapazono + 0,02% nuo reikšmės *a	-	Yra
	Žingsnis	srovės didinimo, mažinimo minimalus žingsnis ≤ 1mA *a	-	Yra
1.4	Įtampiniai išėjimai	-	≥ 4 vnt.	Ne mažiau
	Kintama įtampa	4 fazių: ≥ 4 x 0...300V, 3x100VA prie 100...300V *a	-	Yra
		1 fazės: ≥ 1 x 0 ... 600V; 1x275VA prie 200-600V *a	-	Yra
	Nuolatinė įtampa	nuolatinės įtampos: ≥ 4 x 0 ... ±300V; 1 x 420W prie ±300V *a	-	Yra
	Tikslumas (paklaida)	≤ 0,03% nuo diapazono + 0,01% nuo reikšmės *a	-	Yra
	Žingsnis	Įtampos didinimo, mažinimo minimalus žingsnis ≤ 10mV *a	-	Yra
	Įtampos sinchronizavimas	Turi turėti įtampos sinchronizavimo galimybę nuo išorinio įtampos šaltinio *a	-	Yra
1.5	Dažnis			
	Reguliavimo diapazonas	≥ 10...1000Hz *a	-	Yra
	Žingsnis	Dažnio didinimo, mažinimo minimalus žingsnis ≤ 5μHz *a	-	Yra
1.6	Kampas			
	Reguliavimo diapazonas	≥ - 360° ... +360° *a	-	Yra
	Žingsnis	Fazės kampo didinimo, mažinimo minimalus žingsnis ≤ 0,001° *a	-	Yra
1.7	Bendri reikalavimai analoginiams išėjimams			
		Kiekvienam iš visų įtampos ir srovės generatorių (įskaitant žemo lygio išėjimus) turi būti galimybė, nuolat ir nepriklausomai reguliuoti amplitudę, fazę ir dažnį *a	-	Yra
1.8	Nuolatinės įtampos šaltinis	-	≥ 1 vnt.	Ne mažiau
	Reguliavimo diapazonas	≥ 0...264V *a	-	Yra

Eil. Nr.	Įrenginio reikalaujamas parametras, funkcijos, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė (neblogesnė arba lygiavertė)	Reikalingas kiekis 1 komplekte	Atitikimą patvirtinanti reikšmė
	Galia	$\geq 50 \text{ W}^*a$	-	Yra
1.9	Binariniai įėjimai	-	≥ 10 vnt.	Ne mažiau
		≥ 10 binarinių įėjimų, 5 galvaniškai izoliuotos grupės *a	-	Yra
		Binariniai įėjimai turi būti multifunkciniai, t.y. turi būti galimybė naudoti binarinius įėjimus kaip analoginius įėjimus su matavimo diapazonais: 100mV/ 1V/ 10V/ 100V/ 600V *a	-	Yra
		Turi dirbti nuo sausų kontaktų arba su įtampa 0...600VDC ir reguliuojama poveikio įtampa *a	-	Yra
		Laiko matavimo tikslumas $\leq 100\mu\text{s}^*a$	-	Yra
		Srovės grandinės nutraukimas turi būti naudojamas kaip trigeris su $\leq 1\text{ms}$ tikslumu *a	-	Yra
1.10	Binariniai išėjimai	-	≥ 4 vnt.	Ne mažiau
		≥ 4 galvaniškai izoliuoti binariniai išėjimai *a	-	Yra
	Kontakto nutraukimo galingumas, AC	$\geq U_{\text{max}}: 300\text{VAC}^*a$ $\geq I_{\text{max}}: 8\text{A}^*a$ $\geq P_{\text{max}}: 2000\text{VA}^*a$	-	Yra
	Kontakto nutraukimo galingumas, DC	$\geq U_{\text{max}}: 300\text{VDC}^*a$ $\geq I_{\text{max}}: 8\text{A}^*a$ $\geq P_{\text{max}}: 50\text{W}^*a$	-	Yra
1.11	IEC 61850 protokolas			
		Pilnas IEC 61850 edition 2.0 arba naujesnės versijos standarto duomenų srautų generavimas, analizė bei testavimas: Virtualių srovės (A, B, C, N) ir įtampų (A, B, C, N) matavimų srautų generavimas (Sampled values), GOOSE žinučių priėmimas/siuntimas.	-	Yra
1.13	Programinė įranga			
	Turi būti pateikta programinė įranga su neriboto naudojimo licencijomis automatiniam diferencinės, distancinės ir maksimalios srovės apsaugų tikrinimui, GOOSE ir Sampled Values	Overcurrent; Distance; Advanced Distance; Advanced Differential; GOOSE ir Sampled Values	1 kompl.	Yra
		Programinės įrangos aplinka - anglų kalba	-	Yra
		Ataskaitos turi būti formuojamos viename bendrame faile	-	Yra
		Būtinas RIO ir XRIO failų palaikymas relinių apsaugų nuostatų importavimui	-	Yra

Eil. Nr.	Įrenginio reikalaujamas parametras, funkcijos, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė (neblogesnė arba lygiavertė)	Reikalingas kiekis 1 komplekte	Atitikimą patvirtinanti reikšmė
		Turi būti galimybė imituoti avarinius procesus COMTRADE formate neribojant įrašo laiko	-	Yra
		Turi būti galimybė importuoti duomenis apie srovės transformatorius iš CTAnalyzer prietaiso	-	Yra
		Turi būti galimybė imituoti harmonikas užduodant norimų harmonikų dydį procentais	-	Yra
		Turi būti galimybė imituoti jungtuvo padėtį naudojant binarinius išėjimus	-	Yra
		Turi būti galimybė naudotis skirtingų relių gamintojų apsaugų testavimo šablonais	-	Yra
		Turi būti galimybė reguliuoti nuolatinės įtampos šaltinio įtampą	-	Yra
1.14	Bendri reikalavimai			
		Prietaise turi būti įdiegta savidiagnostikos funkcija	-	Yra
		Turi būti visų srovių ir įtampų išėjimų apsauga ir signalizacija nuo perkrovimo ir trumpųjų jungimų	-	Yra
		Turi būti prietaiso, tarp kelių prietaisų sinchronizavimo galimybė, panaudojant CMGPS 588 įrenginį arba lygiavertį	-	Yra
		Turi būti patiekiamas kabelis ryšiui su kompiuteriu	1 vnt.	Yra
		Programinė įranga turi dirbti Windows10 operacinėse sistemose ir patiekiami gamintojo numatytoje laikmenose	-	Yra
		Turi būti pilnas laidų komplektas srovių, įtampų, įėjimų, išėjimų, matavimų ir t.t. pajungimui su pilnu antgalių komplektu (tame tarpe „krokodilo“ formos antgaliai, pritaikyti pasijungimo prie gnybtynų antgaliai ir t.t.). Papildomai srovės ir įtampos padavimui turi būti specialus kabelis su 8 gyslomis ir specialiais antgaliais	1 kompl.	Yra
		Stendas turi turėti aušinimo sistemos (ventiliatorių) automatinį valdymą, kad kuo labiau sumažinti skleidžiamą triukšmą. Pavyzdžiui, kad kai su stendu nedirbama, jo ventiliatorių skleidžiamas triukšmas sumažėtų iki minimumo	-	Yra
1.15	Jungtys, ryšiai			

Eil. Nr.	Įrenginio reikalaujamas parametras, funkcijos, išpildymas ar savybė	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė (neblogesnė arba lygiavertė)	Reikalingas kiekis 1 komplekte	Atitikimą patvirtinanti reikšmė
		RJ45 (10/100/1000 Base-TX)	2 vnt.	Ne mažiau
		USB	2 vnt.	Na mažiau
		Wi-Fi	1 vnt.	Yra
1.16	Eksploatavimo sąlygos			
	Leistina ilgalaikė eksploatavimo aplinkos temperatūra, °C	nuo 0 iki +50	-	Ne mažiau +50
	Leistina ilgalaikė eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė, %	≤95	-	Ne mažiau 95
	Leistina transportavimo/laikymo aplinkos temperatūra, °C	nuo -25 iki +70	-	Ne blogiau kaip numatyta
1.17	Svoris ir konstrukcija			
	Svoris, kg	≤17	-	Ne daugiau
	Išmatavimai, mm	≤450 x 145 x 390 (plotis x aukštis x gylis)	-	Ne daugiau
	Konstrukcija	Stendas turi būti viename korpuse, neskaidomas sudėtiniais blokais ar moduliais	-	Yra
1.18	RAA bandymo stendo vartotojo vadovai su pačio stendo, programinės įrangos ir jos funkcijų aprašymais	Skaitmeninėje laikmenoje (CD/DVD, USB) arba nuorodomis į oficialius gamintojų puslapius, anglų arba lietuvių kalbomis	1 kompl.	Yra
1.19	Išorinis maitinimas	220 -240 VAC	-	Yra
1.20	Garantinis terminas	≥24 mėn.	-	Yra
1.21	Nutraukus įrenginio gamybą jo palaikymo (remontas, kalibravimas, atnaujinimai) terminas	≥10 m.	-	Yra

2. Bandyto stendas įtampos/srovės transformatorių testavimui, prototipu gamybos testavimui, su programiniu paketu atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

Eil. Nr.	Reikalaujamas parametras	Reikšmė	Atitikimą patvirtinanti reikšmė
1.	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas	ISO 9001 ir ISO 14001 arba lygiaverčiai. Su pirminiais pasiūlymais Tiekėjas turi pateikti šių sertifikatų kopijas.	Yra
2.	Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams	CE atitikties deklaracija	Yra
3.	Turi būti pateiktas sertifikatas kad įrenginys atitinka šiuos standartus	EN 61326-1 arba lygiavertį. Su pirminiais pasiūlymais Tiekėjas turi pateikti šio sertifikato kopiją.	Yra
4.	Įrenginio svoris (be priedų)	≤ 8 kg	Ne daugiau
5.	Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės	- 10 ... + 50° C	Ne blogesnės nei nurodyta
6.	Darbo aplinkos drėgmė	≤ 95 %	Ne blogiau kaip numatyta
7.	Maitinimo įtampa	100 ... 240 V AC	Ne blogiau kaip numatyta
8.	Išėjimo įtampa	0 ... 120 V	Ne blogiau kaip numatyta
9.	Išėjimo srovė	0 ... 5 A	Ne blogiau kaip numatyta
10.	Išėjimo galia	0 ... 400 VA	Ne blogiau kaip numatyta
11.	LCD ekranas	Nustatymų bei matavimo rezultatų atvaizdavimui	Yra
12.	Srovės transformatorių pagal IEC 61869 / IEC 60044 standartą matavimo tikslumas	0.2 klasė	Ne blogiau kaip numatyta
13.	Turi matuoti:	<ul style="list-style-type: none"> • Transformacijos koeficiento paklaidą ir kampinę paklaidą; • Apvijų varžą (pirminės ir antrinės); • Pilnutinę paklaidą (ALF, ALFi, FS, FSi, Vb); • Įmagnetinimo charakteristiką; • Įsisotinimo tašką iki 30.000 V; • Apkrovos pilnutinę varžą; • Antrinės apvijos poliariškumą; • Liekamąjį induktyvumą bei įmagnetinimą. 	Yra
14.	Automatinis srovės transformatoriaus įvertinimas	Pagal pasirinktą standartą: IEC 61869-2 / IEC 60044-1 / IEC 60044-6	Yra
15.	Srovės transformatoriaus su nežinomais gamykliniais duomenimis	Gamyklinių duomenų nustatymas	Yra
16.	Galimybė įrenginio ekrane palyginti kelias įmagnetinimo kreives	Taip	Yra
17.	Galimybė eksportuoti duomenis į programinę įrangą Test Universe	Taip	Yra
18.	Šąsaja su kompiuteriu	USB	Yra
19.	Programinė įranga skirta darbui su Windows 7/8/10	Taip	Yra
20.	Gamintojo standartinis testavimui skirtų laidų su antgaliais rinkinys	Taip	Yra
21.	Transportavimo krepšys	Taip	Yra
22.	Vartotojo instrukcija	Anglų arba lietuvių kalba	Yra
23.	Garantija	≥ 24 mėnesiai	Ne trumpesnė

3. Bandymo stendas baterijų testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

Poz.	Reikalaujami parametras	Siūlomo prietaiso atitikimas pateiktiems reikalavimams
1	Paskirtis: prietaisas turi būti skirtas baterijos talpumo nustatymui sudarydamas baterijos apkrovą	
2	Spalvotas lietimui jautrius ekranas. Ne mažesnis kaip 10cm įstrižainės	Yra
3	Turi būti tinkamas švino rūgštiniam ir ličio jonų akumuliatorių tikrinimui iki 300V DC	Yra
4	Maksimali baterijos iškrovimo srovė prie skirtingų baterijų nominalų 6V – nemažiau 60A 12V – nemažiau 120A 24V – nemažiau 240A 48V – nemažiau 240A 60V – nemažiau 210A 110V – nemažiau 140A 120V – nemažiau 140A 220V – nemažiau 75A 240V – nemažiau 70A	Ne mažiau
5	Prietaisas turi atitikti standartus skirtus baterijų testavimui tokius kaip IEEE 450-2010, IEEE 1188-2005, IEEE 1106-2015, IEC 60896-11/22	Yra
6	Turi būti galimybė lygiagrečiai sujungti kelis prietaisus didesnės iškrovimo srovės gavimui	Yra
7	Įtampos matavimo diapazonas ne siauresnis nei 0 – 300 V DC, skyra 0,1V arba geresnė	Ne mažiau 300 DC, Ne daugiau 0,1V
8	Bazinė įtampos matavimo paklaida ne blogiau $\pm 0,5\%$ nuo nuskaitymo $\pm 0,1$ V	Ne blogiau kaip numatyta
9	Srovės matavimo diapazonas ne siauresnis nei 0 – 300 A DC, skyra 0,1A	Ne blogiau kaip numatyta
10	Bazinė srovės matavimo paklaida ne blogiau $\pm 0,5 \%$ nuo nuskaitymo $+ 0,1$ A	Ne blogiau kaip numatyta
11	Turi būti laiko matavimas	Yra
12	Galimybė pajungti srovės matavimo reples	Yra
13	Reguliuojamos aliarmų vertės	Yra
14	USB sąsaja su kompiuteriu	Yra
15	Prietaisas turi dirbti minusinėje temperatūroje. Darbinė temperatūra nuo -20°C iki $+50^{\circ}\text{C}$	Ne blogiau kaip numatyta
16	Maitinimo įtampa 200V...264V / 50Hz arba iš akumuliatorių 110V – 240 V DC	Ne blogiau kaip numatyta
17	Prietaiso svoris turi būti ne daugiau kaip 15kg.	Ne blogiau kaip numatyta
18	Prietaisui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija	Ne blogiau kaip numatyta
19	Komplektacija: prietaisas turi būti pateikiamas su 3m. ilgio testavimo laidų komplektu, kabeliu ryšiui su PC, programine įranga, maitinimo kabeliu, įžeminimo kabeliu, krepšiu nešiojimui laidams, instrukcija vartotojui, gamintojo sertifikatais.	Yra
20	Prietaiso garantinis ir po garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas Lietuvoje. Servisą gali atlikti pats gamintojas arba jo atstovas priešingu atveju jei servisą atlieką ne gamintojo atstovas būtina pateikti raštišką gamintojo patvirtinimą (originalą), kad pardavėjas turi teisę ir yra apmokytas aptarnauti siūlomą įrangą. Pastaba: Jei konkurse dalyvauja gamintojo atstovas prie pasiūlymo būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus.	Yra

PASIŪLYMAS

DĖL BANDYMŲ STENDO (DAUGIAFUNKCINIS BANDYMŲ STENDAS, RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ TESTAVIMUI, PROTOTIPŲ GAMYBOS TESTAVIMUI SU PROGRAMINIŲ PAKETU, BANDYMO STENDAS ĮTAMPOS/SROVĖS TRANSFORMATORIŲ TESTAVIMUI, PROTOTIPŲ GAMYBOS TESTAVIMUI SU PROGRAMINIŲ PAKETU IR BANDYMO STENDAS BATERIJŲ TESTAVIMUI, PROTOTIPŲ GAMYBOS TESTAVIMUI SU PROGRAMINIŲ PAKETU) ĮSIGIJIMO

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje* www.esinvesticijos.lt **nurodyti data**;
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	Daugiafunkcinis bandymų stendą, relinės apsaugos ir automatikos įrenginių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu	2				
2	Bandymo stendas įtampos ir srovės transformatorių testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu.	1				

3	Bandymo stendas baterijų testavimui, prototipų gamybos testavimui, su programiniu paketu.	1				
	<i>Viso:</i>					

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1.	Techninės specifikacijos	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

Konkurso sąlygų priedas Nr.3 Tiekėjo deklaracija

HERBAS ARBA PREKIŲ ŽENKLAS

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (Pirkėjas))**TIEKĖJO DEKLARACIJA**_____
Nr.

(Data)

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _____ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _____
(Pirkėjo pavadinimas)
atliekamame _____
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

_____, skelbtame
_____,
(Nurodoma, kur paskelbtas skelbimas apie pirkimą, skelbimo data)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdes ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)_____
(Parašas)_____
(Vardas ir pavardė)