



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB „Pakmarkas“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Minsko pl. 95, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13264, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ „LR registrų centras“, įmonės kodas: 122590280, PVM kodas: LT225902811

KONKURSO SĄLYGOS

Pirkimo objektas: Dujų chromatografas su priedais

TURINYS

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
3. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**
4. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
5. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
6. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**
7. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
8. **DERYBOS**
9. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
10. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
11. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**
12. **PRIEDAI**

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Pirkėjas: UAB „Pakmarkas“
- 1.2. Įgyvendinamas projektas (bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis): "UAB „Pakmarkas“ investicijos į su COVID-19 susijusias MTEP veiklas" Nr. Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0042
- 1.3. Numatoma įsigyti: Dujų chromatografas su priedais
- 1.4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis: **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis**, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Taisyklėse.
- 1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas: Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 1.6. Pirkimo būdas ir principai: Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.7. Pakartotinis pirkimas: Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklėse nustatyta tvarka.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas: Dujų chromatografas su priedais
Pirkimo objekto savybės nustatytos Pasiūlymo formoje (Priedas Nr. 1) pateiktoje techninėje specifikacijoje.
- 2.2. Lygiaverčių objektų siūlymas: Jei šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
- 2.3. Pirkimo objekto skaidymas į dalis: Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam pirkimo objekto kiekiui.
- 2.4. Prekių pristatymo terminai: per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo tiekėjo veiksmų, įvardintas terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu, bet ne ilgiau, kaip iki projekto "UAB „Pakmarkas“ investicijos į su COVID-19 susijusias MTEP veiklas" Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0042 įgyvendinimo pabaigos.
- 2.5. Prekių pristatymo vieta: UAB „Pakmarkas“ Minsko pl. 95, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13264

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- 3.1. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, įvardintus Priede Nr. 2 "Kvalifikacijos reikalavimai".

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1. Atitiktis konkurso sąlygų reikalavimams: Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2. Pasiūlymo pateikimo terminas Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-05-25 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Pakmarkas“ Minsko pl. 95, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13264. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku.
- 4.3. Pasiūlymų pateikimo termino pratęsimas Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.4. Pasiūlymo kainos apskaičiavimas Pasiūlymuose nurodoma pirkimo objekto kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede (Pasiūlymo forma). Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pasiūlymo formoje Pirkėjo nurodytą pirkimo objekto kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į pasiūlymo kainą taip pat turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos kitos tiekėjo išlaidos, susijusios su sutarties vykdymu.
- 4.5. Pasiūlymo pateikimo forma: Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, užpildžius konkurso sąlygų priede pateiktą Pasiūlymo formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko **turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas.** Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
- 4.6. Pasiūlymo pateikimo kalba: Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.
- 4.7. Pasiūlymo sudėtis: Užpildyta pasiūlymo forma, pateikta šių konkurso sąlygų priede Nr. 1;

Jungtinės veiklos sutartis ar tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba laisvos formos subrangovų sąrašas, jei sutarties vykdymui numatoma pasitelkti subrangovus;

Nurodyti, minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys, dokumentai, įvardinti priede Nr. 2 "Kvalifikacijos reikalavimai";

Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

- 4.8. Pasiūlymų kiekis
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, **visi** tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.9. Alternatyvūs pasiūlymai
Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.10. Pasiūlymo keitimas / atšaukimas
Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 4.11. Pasiūlymo galiojimas
Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021-08-23. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.12. Pasiūlymų galiojimo pratęsimas
Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1. Konkurso sąlygų paaiškinimas tiekėjų prašymu
Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
- 5.2. Konkurso sąlygų paaiškinimas Pirkėjo iniciatyva
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

- 5.3. Pirkimo sąlygų keitimas konkurso vykdymo metu
 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
- 5.4. Susitikimai su tiekėjais
 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
- 5.5. Kontaktinis asmuo
 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais UAB „Pakmarkas“ įgalioja palaikyti: Spaudos paruošimo ir technologijos skyriaus vadovas Tomas Deksnys, tomas.deksnys@pakmarkas.lt, tel. +370 699 34635, Minsko pl. 95, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13264.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 6.1. Vokų atplėšimo procedūra
 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021-05-25 16:10 val. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams nedalyvaujant.
 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas šiose Konkurso sąlygose.
- 6.2. Pasiūlymų vertinimo procedūra
 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
- 6.3. Pasiūlymų vertinimo procedūros metu Komisija vertina:
 Ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
 Ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
 Ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
- 6.4. Prašymas patikslinti duomenis
 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

- 6.5. Kainos apskaičiavimo klaidos
- Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.6. Neįprastai mažos kainos paaiškinimas
- Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
- 6.7. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
- Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- Tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
- Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
- Pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
- Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
- Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
- Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
- Tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2. Informavimas apie pasiūlymo atmetimą
- Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

- 8.1. Kvietimas į derybas
- Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

- 8.2. Derybų vykdymas
Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3. Derybų dokumentavimas
Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
- 8.4. Derybų turinys
Derybos gali būti vykdomos dėl visų pirkimo objekto charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
- 8.5. Kvietimas į derybas
Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 8.6. Galutiniai pasiūlymai po derybų
Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7. Galutinė pasiūlymų eilė
Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1. Pasiūlymų eilės sudarymas
Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.
- Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.2. Laimėtojo nustatymas
Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.

Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 10.1. Sutarties įvykdymo terminas: per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytais aplinkybėms, nepriklausančioms nuo tiekėjo veiksmų, įvardintas terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu, bet ne ilgiau, kaip iki projekto "UAB „Pakmarkas“ investicijos į su COVID-19 susijusias MTEP veiklas" Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0042 įgyvendinimo pabaigos.
- 10.2. Atsiskaitymo su tiekėjais sąlygos: Avansas: 30% - sumokama per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.
Kiti atsiskaitymai su tiekėju: 50% - sumokama per 14 kalendorinių dienų po pranešimo apie pasirengimą pristatyti įrangą, 20% - sumokama per 30 kalendorinių dienų po įrangos instaliavimo, Pirkėjo darbuotojų apmokymo, paleidimo derinimo darbų užbaigimo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo.
- 10.3. Pirkimo sutarties sudarymo reikalavimai: Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma). Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
- 10.4. Esminių pirkimo sutarties sąlygų keitimas negalimas, jeigu: Jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
Jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
Pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
Ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

- 10.5. Galimi pirkimo sutarties keitimai sutarties vykdymo metu: Kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
- 10.6. Kitos sutarties sąlygos: Pardavėjui ar pirkėjui vėluojant įvykdyti sutarties įsipareigojimus numatomi 0,05 proc. delspinigiai nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 5 % nuo sutarties kainos.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Dalyvavimo konkurse išlaidų atlyginimas: Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos **neatlyginamos**.
- 11.2. Pirkimo procedūrų nutraukimas Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams.
- 11.3. Tiekėjų informavimas apie sutarties sudarymą Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
- 11.4. Informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims Informacija, pateikta pasiūlymuose (išskyrus šiose konkurso sąlygose įvardintą informaciją, kurią Pirkėjas privalo pateikti tiekėjams), tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

- 12.1. Pasiūlymo forma;
- 12.2. Kvalifikacijos reikalavimai;
- 12.3. Kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS
PIRKIMO OBJEKTAS: Dujų chromatografas su priedais

Data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas (arba Ūkio subjektų grupės kiekvieno nario pavadinimas)	
Tiekėjo adresas (arba Ūkio subjektų grupės narių adresai)	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Pasiūlymo galiojimo data (pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021-08-23)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Dujų chromatografas su priedais	1	Vnt.		
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					




Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Priedas Nr. 1

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir prieduose nurodytus reikalavimus, į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, reikalingi tinkamam sutarties įvykdymui.

Eil. Nr.	Pageidaujamos savybės ir komplektacija		Siūlomos savybės ir komplektacija (ĮRAŠYTI*)
1	2		3
	Sistemos tipas ir paskirtis	Dujų chromatografas su priedais	
	Sistemos pagrindiniai elementai:	1. Dujų chromatografas; 2. Viršerdvės mėginių autoinjektorius; 3. Masių spektrometrinis detektorius; 4. Sistemos valdymas; 5. Sistemos priedai;	
1.	Dujų chromatografas	Privalomas	
1.1.	Kolonėlių termostato darbinės temperatūros intervalas	Ne siauresnis nei nuo 4°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450°C.	
1.2.	Termostato nustatytos temperatūros tikslumas	Reikšmė ne mažiau nei 0,1 °C.	
1.3.	Programuojamų temperatūros rampų skaičius	Ne mažesnis kaip 20.	
1.4.	Maksimalus termostato kaitinimo greitis	Reikšmė ne mažesnė kaip 120 °C/min.	
1.5.	Kolonėlių termostato aušinimas po analizės	Su valdomu greičiu. Privaloma galimybė programiškai pasirinkti ne mažiau nei 3 aušinimo greičius, nenaudojant metodo temperatūros rampų.	
1.6.	Maksimalus termostato aušimo greitis	Atvėsimas nuo 450 °C iki 50 °C ne ilgiau nei per 3,5 min.	
1.7.	Integruotas kolonų termostato vidaus pašvietimas	Privalomas	
1.8.	Privalomos apsauginės sistemos:	<ul style="list-style-type: none">• dujų nuotėkio aptikimo sistema, pranešimai apie nesandarumą, kaitinimo sistemų atjungimas;• šilumos nuotėkio aptikimo sistema, kaitinimo sistemos atjungimas;• į chromatografą paduodamų dujų slėgio stebėjimo sistema, pranešimai apie slėgio kritimus viršijus nustatytas ribas.	
1.9.	Darbo apskaitos registras	Privalomas su skaitikliais prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (septų, insertų, ir kt.) apskaitai.	
1.10.	Valdymas	Personaliniu kompiuteriu ir integruotu mikroprocesoriumi.	
1.11.	Srauto ir slėgio kontrolė	Programinė – pneuminė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant purge, split bei detektoriaus dujas.	




Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Priedas Nr. 1

1.12.	Garintuvus „Split/Splitless“ tipo	Privalomas. Injektoriaus srautai ir slėgiai valdomi elektroniskai – programiškai su integruotu automatiniu pneumatiniu kontrolieriu.	
1.13.	Garintuvo maksimali temperatūra	Ne žemesnė nei 450 °C.	
2.	Viršerdvės mėginių autoinjektorius	Privalomas. Skirtas automatiniams viršerdvės mėginių įvedimui į dujų chromatografa	
2.1.	Automatizacija	Pilnai automatinis, su programuojamu mėginių termostatavimu, bei MHE funkcionalumu, automatiniu optimalios termostavimo temperatūros parinkimo funkcionalumu	
2.2.	Pozicijų skaičius	Ne mažiau nei 90	
2.3.	Priimami talpų formatai	Ne mažiau kaip 10 ml ir 20 ml buteliukai nenaudojant jokių adapterių.	
2.4.	Mėginių buteliukų maišymas	Privalomas, reguliuojamas.	
2.5.	Mėginių buteliukų sandarumo patikrinimas	Automatinis, atliekamas pačios sistemos	
2.6.	Mėginių termostavimo temperatūra	Intervalo viršutinė riba ne mažiau nei 300 °C	
2.7.	Vienu metu termostatuojamų buteliukų skaičius	Ne mažiau nei 10 pozicijų, su analizių persidengimo (overlap) funkcija.	
2.8.	Mėginių įvedimo linijos (įskaitant kilpą ir vožtuvą) maksimali temperatūra	Palaikoma iki ne mažiau nei 300 °C	
2.9.	Perdavimo (transfer) linija	Pajungimas tiesiai į chromatografinę kolonėlę, be garintuvo.	
2.10.	Perdavimo (transfer) linijos maksimali temperatūra	Palaikoma iki ne mažiau nei 350 °C	
2.11.	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus maksimalus dalinamo srauto santykis ne mažesnis nei	9000:1	
2.12.	Split filtro užterštumo įvertinimas	Split filtras turi turėti galimybę vizualiam užterštumo įvertinimui.	
2.13.	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus slėgio nustatymo intervalas	Siekiantis mažiausiai 0 – 150 psi, tame tarpe ir naudojant kolonėles ne mažesnio nei 0,2 mm vidinio diametro.	
2.14.	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus slėgio nustatymo žingsnis	Ne daugiau nei 0,01 psi visam slėgio diapazonui.	
2.15.	H2 kaip dujos nešėjos	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus konstrukcija privalo leisti saugiai naudoti H2, kaip dujas nešėjas	
2.16.	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus srauto nustatymo diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 0 iki 1200 ml/min He ir H2 dujoms.	
2.17.	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus dujų nešėjų srauto kontrolė	Turi būti nustatomi ir palaikomi sekantys srauto valdymo režimai: • pastovus slėgis nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos; • pastovus srautas (ml/min), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos.	




Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Priedas Nr. 1

		• pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos.	
2.18.	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus dujų srauto laiko programos visiems dujų nešėjų srauto režimams	Privaloma režimams: pastovus slėgis, pastovus linijinis greitis, pastovus srautas per kolonėlę, privaloma galimybė sudaryti laiko programas (rampos ir plato), ne mažiau nei 3 žingsniai.	
2.19.	Viršerdvės mėginių autoinjektoriaus dujų nešėjų linijos sandarumo patikros funkcija	Privaloma	
3.	Masių spektrometrinis detektorius	Masių filtras – kvadrupolinis.	
3.1.	Kvadrupolių apsauga nuo užteršimo	Kvadrupolio konstrukcija privaloma su keičiamomis/valomomis pasyviomis kvadrupolio dalimis, saugančiomis nuo užsiteršimo kvadrupolį ir pačiamui sekančius elementus.	
3.2.	Jonizacija	EI (elektronų smūginė).	
3.3.	Nustatomų masių intervalas	Ne mažesnis kaip 2 – 1050 amv.	
3.4.	Dinaminis diapazonas	Ne mažesnis nei 10 ⁶ .	
3.5.	Stabilumas	Ne blogesnis nei ± 0,1 amv/48 val.	
3.6.	Maksimalus skenavimo greitis	Ne mažesnis nei 20000 amv/s, skenuojant 0,1 amv/s žingsniu.	
3.7.	Maksimalus skenavimo dažnis	ne mažesnis nei 100 skenavimų/s.	
3.8.	Didesnių masių intensyvumo kompensavimas esant dideliame skenavimo greičiui	Privalomas gamintojo techninis sprendimas leidžiantis išlaikyti masių spektrus nepakitusius (nepakitęs didelių ir mažų masių intensyvumų santykis) skenuojant maksimaliais greičiais.	
3.9.	3.9. Jonų šaltinio temperatūra	Keičiama.	
3.10.	Jonizacijos filamentai	Privaloma dviejų filamentų sistema su automatiniu perjungimu, kai vienas nustoja funkcionuoti.	
3.11.	Filamento srovė	Reguliuojama.	
3.12.	Vakuonavimo sistema	Diferencinė turbomolekulinių (gilaus vakuumo) siurblių vakuonavimo sistema, kurios bendras pajėgumas ne mažesnis nei 360 l/s.	
3.13.	Maksimalus į detektorių paduodamų dujų srautas	Ne mažesnis nei 12 ml/min.	
3.14.	Duomenų surinkimo režimai	SCAN ir SIM. Privalo turėti galimybę dirbti abiem režimais, SCAN ir SIM, vienu metu.	
3.15.	Jautrumas (signalo triukšmo santykis) su pateikiamu jonų šaltiniu naudojant He dujas nešėjas	EI SCAN režime ne blogesnis nei 2000:1, 1 pg (OFN).	
3.16.	Jautrumas (IDL – instrument detection limit) su pateikiamu jonų šaltiniu, naudojant He dujas nešėjas, skenuojant 20.000 scans/s greičiu	EI SCAN režime ne blogesnis 500fg (m/z 272, injektuojant 1pg OFN)	




Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksų programa

Priedas Nr. 1

3.17.	Galimybė naudoti H2 ir N2 dujas kaip dujas nešėjas	Privaloma. Naudojant H2 dujas kaip nešėjas, detektoriaus jautrumas EI SCAN režime privalo būti ne prastesnis (S/N reikšmė ne mažesnė) nei 300:1, 1 pg (OFN).	
3.18.	Konstrukcija	Atliekant jonų šaltinio, filamentų ar elektromagnetinių linzių priežiūrą, kvadrupolis privalo likti izoliuotas, eliminuojant kvadrupolio užtersimo galimybę.	
4.	Sistemos valdymas	Privaloma. Dedikuota programinė įranga ir kompiuterinė darbo stotis.	
4.1.	Programinė įranga	Privaloma dedikuota programinė įranga pilnai suderinta su siūloma Sistema.	
4.2.	Programine įranga valdomi moduliai	Pilnam dujų chromatografo, automatinio viršerdvės mėginių autoinjektorių, bei masių spektrometrinio detektoriaus valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui. Privaloma galimybė valdyti ir skystų mėginių injektorių.	
4.3.	Duomenų kiekybinė analizė	<ul style="list-style-type: none">• Pasirinktų smailių „rankinis“ integravimas;• Pasirinktų smailių vizualinis lyginimas perklojant.• Grupinis kiekybinių rezultatų rodymas ne mažiau nei trimis pjūviais: pagal junginį, pagal mėginį, suminis;• Gautų rezultatų spalvinis išskyrimas (flagging) ne mažiau nei pagal 4 kriterijus: virš ir žemiau – įspėjamosios, veiksmo ribos;• Flagging naudojami parametrai privalo įtraukti: koncentraciją, referentinių m/z santykį, išgava, signalo triukšmo santykis;• Automatinis kokybės kontrolės grafikų (quality control charts) generavimas pagal parametrus: koncentracija, išgava, referencinių fragmentų santykis, vidinio standarto plotas;• Suminių sekos ataskaitų generavimas.	
4.4.	Pateikiamos spektrų bibliotekos	Naujausio leidimo NIST su RI (retention index) palaikymo funkcija. Automatiniam junginių indentifikavimui atlikti.	
4.5.	Paieška spektrų bibliotekose	Privaloma panašumo paieškos bibliotekoje funkcija, naudojant RI.	
4.6.	Sulaikymo laikų korekcija, pakeičius kapiliarinės kolonėlės ilgį.	Privaloma, automatinė, korekcijai atlikti neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos.	
4.7.	Aptarnavimo vedlys	Privaloma paprogramė su detaliu vizualiniu detektoriaus aptarnavimo procedūros atvaizdavimu.	
5.	Sistemos priedai		
5.1.	Kompiuterinė darbo vieta	Kompiuterinės darbo stoties techninės savybės turi būti pilnai suderintos su siūlomos sistemos gamintojo keliamais reikalavimais. Komplektuojama su ne mažesniu nei 27 colių įstrižainės ekranu Operacinė sistema turi būti pilnai suderinama su taikomosios programinės įrangos reikalavimais.	



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa


Priedas Nr. 1

5.2.	Kapiliarinė dujų chromatografinė kolonėlė	Tinkanti siūlomai sistemai, bei likutinių tirpiklių paieškai atlikti, ne mažesnio nei 60 m ilgio su sorbentais: nepolinis 1 vnt.	
5.3.	Tirpiklių mišiniai	<ul style="list-style-type: none">Residual Solvents in Packaging Material Mixture 1, analytical standard, 7.14% (v/v) (Sigma-Aldrich® cat# 48994-U) arba analogiškas, 2 ampulės;Residual Solvents in Packaging Material Mixture 2, analytical standard, 9.09% (v/v) (Sigma-Aldrich cat# 48995-U) arba analogiškas, 2 ampulės.	
5.4.	Talpyklos mėginiams	Ne mažiau nei 1000 vnt talpyklų viršerdvės mėginiams kartu su užspaudžiamais kamšteliais ir tarpinėmis, bei replėmis užspaudimui bei atidarymui	
5.5.	Garantinis laikotarpis	Chromatografinėi sistemai ne trumpesnis nei 24 mėnesiai po sistemos įvedimo į eksploataciją. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 2 darbo dienos.	
5.6.	Technologinių dujų tiekimo linijų įrengimas	4 dujų linijos; 4 vnt slėgio kontrolės panelės BM-1-300-10 arba analogiškos; 6 galinio reguliavimo taškai EM55-1 arba analogiški; 4 vnt balioninės jungtys; nerūdijančio plieno vamzdeliai DN6 72 m.; montavimas	
5.7.	Sistemos instaliacijos bei personalo mokymai darbui su įranga	Pristatymas į numatomą darbo vietą, išpakavimas, sumontavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas pagal gamintojo instrukcijas. Privalomas techninių sąlygų reikalavimų, įskaitant sistemos jautrumą, pademonstravimas vietoje. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi suteikti 5 papildomas konsultacijas atvykstant į Prekių pristatymo vietą. Vienos konsultacijos trukmė ne trumpesnė kaip 2 val.	

*Techninėje specifikacijoje **BŪTINA** nurodyti reikalaujamas siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes, **pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus** (brošiūras ar kt.), **kuriuose būtų pateiktos ir pažymėtos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės**. Dokumentai pagrindžiantys techninius reikalavimus **turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba**. Tiekėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus anglų kalba ir Pirkėjui kilus neaiškumams, prašys pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei reikalinga):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos reikalavimai (įvykdytų sutarčių sąrašas, darbuotojų gyvenimo aprašymai ir atestatai)	
2.	Kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (priedas Nr. 3)	
3.	Oficialaus įrangos gamintojo parengti dokumentai (brošiūras ar kt.)	
4.	Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai	



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Priedas Nr. 1

5.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas)	

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.


Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Priedas Nr. 2

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
1.2.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
2.1.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) dujų chromatografijos sistemų su masių spektrometriniu detektoriumi tiekimo, instaliacijos bei apmokymo sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą įvykdytų sutarčių sąrašą, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį.
2.2.	Tiekėjas privalo turėti 2 darbuotojus, apmokytus gamintojo ir turinčius ne mažiau nei 2 metų darbo patirtį (chromatografinės sistemos su masių spektrometru priežiūra ir instaliacija), siūlomos įrangos instaliacijai ir apmokymams.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikti Tiekėjo darbuotojų gyvenimo aprašymus ir galiojančius, parduodamos įrangos gamintojo išduotus atestatus.



(*tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija*)

UAB „Pakmarkas“
Minsko pl. 95, Daržininkų k.,
Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13264

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

(Data)

(Sudarymo vieta)

Aš, _____ ,
(*tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) / (atstovaujamo (-os))

(*tiekėjo pavadinimas*)

dalyvaujančio (-ios) UAB „Pakmarkas“ organizuojamame konkurse **dujų chromatografo su priedais** įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt **2021 m. gegužės mėn. 18 d.**, kvalifikacijos duomenys yra tokie (*tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“*):

Eil. Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		
1.2.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka		

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Pakmarkas“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)