

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PROFARMA“

V.A.Graičiūno g. 6, LT-02241, Vilnius, Lietuva,
tel. +370 5 2629761, info@profarma.lt,
Įm. kodas 300868786, PVM kodas LT100007456012



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

KONKURSO SĄLYGOS

ULTRA AUKŠTO SLĖGIO CHROMATOGRAVAS

TURINYS

1. BENDROSIOŠ NUOSTATOS	3
2. PIRKIMO OBJEKTAS	3
3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	4
4. KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	6
5. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS	6
6. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	7
7. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS.....	7
8. DERYBOS.....	7
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	8
10. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS.....	8
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	9
12. PRIEDAI	9

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Profarma“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendinama projektą „Prailginto veikimo oftalmologinio vaistinio preparato implantuose sukūrimas ir vystymas“ (Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0035), kuriam skirta Europos Sąjungos struktūrinė parama, numato įsigyti ultra aukšto slėgio chromatografą (toliau – Įranga).

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. [74-2262](#)) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas www.esinvesticijos.lt tinklapyje **2023 m. gegužės 17 d.**

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinai pirkimą vykdyti kreipiantis į vieną tiekėją Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Profarma“ direktorė Edita Mištinienė tel. +370 5 262 9761, el. paštas info@profarma.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas ultra aukšto slėgio chromatografą, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama tik **nauja, nenaudota ir pagaminta ne seniau, kaip prieš 3 metus įranga.**

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas nėra skirstomas į dalis.

2.4. Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, testuota, darbuotojai apmokyti **iki 2023 m. rugsėjo 1 d.** Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta, bet ne ilgiau, kaip iki 2023 m. spalio 31 d.

2.5. Prekių pristatymo vieta – V.A. Graičiūno g. 6, LT-02241, Vilnius, Lietuva.

3. TIEKĖJU KVALIFIKACIJA

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo

		atmetamas	kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.
2.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1(vieną) panašią (UPLC sistema) sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo laisvos formos deklaracija su įvykdytų sutarčių sąrašu, nurodant užsakovą, sutarties objektą, sutarties vertę, sudarymo ir/arba įvykdymo datą.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1 punkte esančios lentelės Eil. Nr. 1 nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1 punkte esančios lentelės Eil. Nr. 2 nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame voke **iki 2023 m. gegužės 29 d. 15:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) paštu arba pristatytas į UAB „Profarma“, adresu V. A. Graičiūno g. 6, LT-02241, Vilnius, Lietuva. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.8. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais arba kita valiuta. Pasiūlymai perskaičiuojami į eurus pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

4.9. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo išlaidos, susijusios su įrengimo pristatymu, sumontavimu bei išlaidos, susijusios su darbuotojų apmokymu.

4.10. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.11. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku.

4.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.14. „Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGU PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, jei reikia.

5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: UAB „Profarma“ direktorė Edita Mištinienė tel. +370 5 262 9761, el. paštas info@profarma.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

6.1. Vokų atplėšimo procedūra vyks 2023 m. gegužės 29 d., 15:30 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2. Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

6.3. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei vokų atplėšimo procedūra, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nurodytų konkurso sąlygų 3.1. punkte, ir tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.2. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;

7.1.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę reikšmę sprendimo dėl laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkėjui nepriimtinos kainos.

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio. Jei pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta, ji bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

8.2. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

9. DERYBOS

9.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl perkamų prekių charakteristikų, įskaitant, pavyzdžiui, kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus, siekiant ekonomiškiausio varianto. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

9.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, pateikusiais šiose pirkimo sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys pirminius pasiūlymus. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

9.3. Pirkėjas nurodo tiekėjui laiką, kada reikia atvykti į derybas dėl perkamų prekių charakteristikų, įskaitant, pavyzdžiui, kainą, kokybę, kiekį, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

9.4. Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo pirkimo komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

9.5. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

9.6. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas ankščiau.

10.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

10.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

10.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10.5. Jei pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, kuris atsisako sudaryti sutartį, pirkėjas pasilieka teisę kreiptis tik į vieną tiekėją Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

11. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

11.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 9 punkte nustatytais atvejais (jei taikoma);

11.3. Atsiradus nenumatytais aplinkybėms dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje numatytos įrangos, Tiekėjas gali siūlyti naują įrangą, kurios savybės neprastesnės nei pagal sutartį numatyta tiekti įranga, kurios techninė specifikacija atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus, nekeičiant sutarties kainos.

11.4. Į sutarties kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo išlaidos, susijusios su įrangos pristatymu, montavimu, testavimu bei išlaidos, susijusios su darbuotojų apmokymu.

11.5. Mokėjimo sąlygos:

11.5.1. Išankstinis mokėjimas- 30 % sutarties sumos pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo sąskaitos apmokėjimui pateikimo;

11.5.2. Galutinis atsiskaitymas už įrangą – pasirašius įrangos perdavimo – priėmimo aktą pagal tiekėjo išrašytą sąskaitą, bet ne vėliau negu 60 kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo ir sąskaitos

išrašymo dienos. Aktas pasirašomas po įrangos pristatymo, sumontavimo, testavimo ir darbuotojų apmokymo.

11.6. Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, testuota, darbuotojai apmokyti **iki 2023 m. rugsėjo 1 d.** Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta, bet ne ilgiau, kaip iki 2023 m. spalio 31 d.

11.7. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Pirkimo sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 4 proc. Sutarties vertės.

11.8. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau neviršijant 4 proc. Sutarties vertės.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

12.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

12.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, ir sutarties kainą.

13. PRIEDAI

1. Techninė specifikacija;
 2. Pasiūlymo forma.
-

Techninė specifikacija

ULTRA AUKŠTO SLĖGIO CHROMATOGRAFAS

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, kiekis	Minimalūs reikalavimai
1.	Sistema	Ultra aukšto efektyvumo chromatografas. Sistemos sudėtis: <ul style="list-style-type: none"> • Keturnaris eliuentų siurblys • Automatinis bandinių injektorius • Kolonėlių termostatas • Diodų matricos detektorius • Fluorescencijos detektorius
2.	Sistemos dispersijos tūris (5σ)	Ne didesnis nei 12 μL
3.	Sistemos eliuentų užlaikymo tūris	Ne didesnis nei 400 μL
4.	Gradiento sistema	Keturnarė sistema su gradiento maišymu žemame slėgyje. Ne mažiau kaip 11 pasirenkamų gradiento kreivių: <ul style="list-style-type: none"> • Linijinė • Žingsninės, ne mažiau kaip dvi formos • Išgaubtos, ne mažiau kaip 4 formos • Įgaubtos, ne mažiau kaip 4 formos Gradiento sistema taip pat turi gebėti tiesiogiai formuoti eliuentą iš grynų tirpiklių ir koncentruotų tirpalų pagal pageidaujama pH ir/ar joninės jėgos vertę bei jų kitimus (pH ir/ar joninės jėgos gradientą).
5.	Tirpiklių nuorinimo sistema	Integruota vakuuminė nuorinimo (oro šalinimo) sistema, turinti ne mažiau nei 4 individualius kanalus eliuentams ir ne mažiau nei 1 individualų kanalą injektoriaus praplovimo tirpalui.
6.	Srauto kontrolė	Turi turėti aktyvią automatinę spūdumo kompensacijos sistemą, užtikrinančią stabilų srautą ir slėgį.
7.	Srautas	Darbinis srautas ne siauresnis nei nuo 0,01 ml/min iki 2,2 ml/min, nustatomas ne didesniu nei 0,001 ml/min tikslumu. Maksimalus darbinis slėgis srautui iki 1 ml/min ne mažiau nei 1030 bar. Siurblio našumas sistemos pirminiam užpildymui eliuentais ne mažesnis nei 4 ml/min.
8.	Srauto tikslumas	Ne daugiau nei $\pm 1\%$ esant 0,5 ml/min tėkmei.
9.	Srauto glaudumas	Ne daugiau nei $\pm 0,075\%$
10.	Srauto sudėties tikslumas	Ne daugiau nei $\pm 0,5\%$ esant 0,5 ml/min tėkmei.
11.	Srauto sudėties glaudumas	Ne daugiau nei $\pm 0,15\%$ RSD.
12.	Srauto sudėties pulsacija	Ne daugiau nei 1%

13.	Stūmoklių apiplovimas	Integruotas, aktyvus, programuojamas siurblio stūmoklių ir aukšto slėgio tarpinių apiplovimas
14.	Injektorius	Automatinis bandinių injektorius su pratekančio tipo injekcijos adata
15.	Injektoriaus talpa	Darbui su 2 ml ($\pm 10\%$) flakonais, talpa ne mažesnė, kaip 96 flakonai.
16.	Injekcijos tūris	Injekcijos tūris ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 μ l iki 10 μ l. Turi turėti galimybę injekcijos tūrį praplėsti iki 1000 μ l
17.	Injekcijos glaudumas	Ne daugiau nei 0,25% RSD injekcijos tūriams nuo 5 iki 10 μ l su 100 μ l $\pm 10\%$ tūrio injekcijos švirkštu
18.	Bandinių termostavimas	Nuo ne daugiau nei 4°C iki ne mažiau nei 40°C, programuojamas $\leq 0,1^\circ\text{C}$ tikslumu; Temperatūros tikslumas ne daugiau nei $\pm 0,5^\circ\text{C}$, stabilumas ne daugiau nei $\pm 1^\circ\text{C}$
19.	Pernešimas tarp injekcijų	Pernešimas tarp injekcijų ne didesnis nei 0,002%.
20.	Adatos praplovimas	Adatos praplovimo sistema turi naudoti švarų tirpalą adatos praplovimui po kiekvienos injekcijos. Tirpalas, su kuriuo adata kontaktuoja, negali būti naudojamas adatos praplovimui pakartotinai.
21.	Injektoriaus papildomos funkcijos	Turi gebėti atlikti praskiedimo ir pridėjimo funkcijas
22.	Kolonų termostatas	Turi talpinti bent vieną kolonėlę su prieškolone. Maksimalus kolonėlės ilgis ne mažiau nei 150 mm, maksimalus vidinis skersmuo ne mažiau nei 4,6 mm.
23.	Palaikoma temperatūra	Nustatomos temperatūros intervalas nuo ne daugiau nei 20°C iki ne mažiau nei 90°C, nustatymo žingsnis ne didesnis nei 0,1°C. Temperatūros tikslumas ne daugiau nei $\pm 0,5^\circ\text{C}$, stabilumas ne daugiau nei $\pm 0,3^\circ\text{C}$
24.	Diodų matricos detektorius	Ultravioleto ir regimos šviesos sugerties diodų matricos detektorius, galintis dirbti 2D ir 3D režimuose tuo pačiu metu.
25.	Šviesos šaltinis	Viena deuterio lempa visam registravimo intervalui.
26.	Registravimo intervalas	Registravimo intervalas ne siauresnis nei nuo 190 nm iki 800 nm. Bangos ilgio nustatymo tikslumas ne daugiau kaip $\pm 1\text{nm}$.
27.	Detektoriaus triukšmo lygis	Triukšmo lygis ne didesnis nei 3×10^{-6} AU, fiksuojant triukšmą kai bangos ilgis yra 230 (± 10 nm).
28.	Detektoriaus signalo stabilumas	Signalų stabilumas ne blogesnis nei (poslinkis ne didesnis nei) 1×10^{-3} AU/h.
29.	Detektoriaus srautinė kiuvetė	Analitinė matavimo kiuvetė - optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (± 1) mm, talpa ne didesnė nei 500 nL.
30.	Fluorescencijos detektorius	Daugiakanalis skenuojantis fluorescencijos detektorius, pritaikytas darbui su ultra efektyviosios chromatografijos sistema

31.	Sužadavimo ir registracijos intervalas	Sužadavimas nuo ne daugiau nei 200 nm iki ne mažiau nei 880 nm; Registracija nuo ne daugiau nei 210 nm iki ne mažiau nei 900 nm
32.	Jautrumas	Vandens Ramano spektro signalo/triukšmo santykis ne mažesnis nei 1000, matuojant vieno bangos ilgio režime
33.	Duomenų surinkimo sparta	Ne mažesnė nei 80 Hz
34.	Detektoriaus srautinė kiuvetė	Talpa ne didesnė nei 2 µL, tolerancija slėgiui ne mažesnė nei 3 MPa
35.	Sistemos valdymas	Visa sistema turi būti valdoma esama Empower 3 CDS programa arba lygiaverte per kompiuterinę stotį, kuri naudojama turimos Waters Alliance e2695 XC sistemos arba lygiavertės darbui. Tiekėjas turi paruošti programinę įrangą taip, kad turima HPLC ir perkama ultra aukšto efektyvumo chromatografinė sistemos galėtų būti valdomos viena Empower 3 CDS programa arba lygiaverte tuo pačiu metu.
36.	IQ/OQ dokumentacija ir atlikimas	Turi būti
37.	Įrangos instaliavimas, testavimas ir darbuotojų apmokymas	Turi būti
38.	Garantinis laikotarpis	Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos instaliavimo ir paleidimo datos).
39.	El. maitinimas.	Ne mažiau 230 VAC, 50 Hz.
40.	Siūloma įranga turi būti nauja (nenaudota) ir pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus iki jos įsigijimo datos	Turi būti
41.	Kita	Chromatografinė sistema. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, jungtys ir priemonės pilnaverčiam sistemos darbui užtikrinti.
42.	Pristatymo vieta	V.A. Graičiūno g. 6, LT-02241, Vilnius, Lietuva

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Profarma“

(Adresatas)

PASIŪLYMAS
ULTRA AUKŠTO SLĖGIO CHROMATOGRAVAS

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt **2023 m. gegužės 17 d.**
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Ultra aukšto slėgio chromatografas	1	Vnt.		

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Ultra aukšto slėgio chromatografas

Nr.	Rodiklis/savybės	Minimalūs reikalavimai	Atitinka Taip/Ne	Siūlomos prekės gamintojo ir modelio pavadinimas, charakteristika (nurodyti pažymėtą vietą pridedamoje techninėje įrangos dokumentacijoje)
1.	Sistema	Ultra aukšto efektyvumo chromatografas. Sistemos sudėtis: <ul style="list-style-type: none"> • Keturnaris eliuentų siurblys • Automatinis bandinių injektorius • Kolonėlių termostatas • Diodų matricos detektorius • Fluorescencijos detektorius 		
2.	Sistemos dispersijos tūris (5σ)	Ne didesnis nei 12 μL		
3.	Sistemos eliuentų užlaikymo tūris	Ne didesnis nei 400 μL		
4.	Gradiento sistema	Keturnarė sistema su gradiento maišymu žemame slėgyje. Ne mažiau kaip 11 pasirenkamų gradiento kreivių: <ul style="list-style-type: none"> • Linijinė • Žingsninės, ne mažiau kaip dvi formos • Išgaubtos, ne mažiau kaip 4 formos • Įgaubtos, ne mažiau kaip 4 formos Gradiento sistema taip pat turi		

		gebėti tiesiogiai formuoti eliuentą iš grynų tirpiklių ir koncentruotų tirpalų pagal pageidaujamą pH ir/ar joninės jėgos vertę bei jų kitimus (pH ir/ar joninės jėgos gradientą).		
5.	Tirpiklių nuorinimo sistema	Integruota vakuuminė nuorinimo (oro šalinimo) sistema, turinti ne mažiau nei 4 individualius kanalus eliuentams ir ne mažiau nei 1 individualų kanalą injektoriaus praplovimo tirpalui.		
6.	Srauto kontrolė	Turi turėti aktyvią automatinę spūdumo kompensacijos sistemą, užtikrinančią stabilų srautą ir slėgį.		
7.	Srautas	Darbinis srautas ne siauresnis nei nuo 0,01 ml/min iki 2,2 ml/min, nustatomas ne didesniu nei 0,001 ml/min tikslumu. Maksimalus darbinis slėgis srautui iki 1 ml/min ne mažiau nei 1030 bar. Siurblio našumas sistemos pirminiam užpildymui eliuentais ne mažesnis nei 4 ml/min.		
8.	Srauto tikslumas	Ne daugiau nei $\pm 1\%$ esant 0,5 ml/min tėkmei.		
9.	Srauto glaudumas	Ne daugiau nei $\pm 0,075\%$		
10.	Srauto sudėties tikslumas	Ne daugiau nei $\pm 0,5\%$ esant 0,5 ml/min tėkmei.		
11.	Srauto sudėties glaudumas	Ne daugiau nei $\pm 0,15\%$ RSD.		
12.	Srauto sudėties pulsacija	Ne daugiau nei 1%		
13.	Stūmoklių apiplovimas	Integruotas, aktyvus, programuojamas siurblio stūmoklių ir aukšto slėgio tarpinių apiplovimas		
14.	Injektorius	Automatinis bandinių injektorius su pratekančio tipo injekcijos adata		
15.	Injektoriaus talpa	Darbui su 2 ml ($\pm 10\%$) flakonais, talpa ne mažesnė, kaip 96 flakonai.		

16.	Injekcijos tūris	Injekcijos tūris ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 µl iki 10 µl. Turi turėti galimybę injekcijos tūrį praplėsti iki 1000 µl		
17.	Injekcijos glaudumas	Ne daugiau nei 0,25% RSD injekcijos tūriams nuo 5 iki 10 µl su 100 µl ± 10% tūrio injekcijos švirkštu		
18.	Bandinių termostatavimas	Nuo ne daugiau nei 4°C iki ne mažiau nei 40°C, programuojamas ≤ 0,1°C tikslumu; Temperatūros tikslumas ne daugiau nei ± 0,5°C, stabilumas ne daugiau nei ± 1°C		
19.	Pernešimas tarp injekcijų	Pernešimas tarp injekcijų ne didesnis nei 0,002%.		
20.	Adatos praplovimas	Adatos praplovimo sistema turi naudoti švarų tirpalą adatos praplovimui po kiekvienos injekcijos. Tirpalas, su kuriuo adata kontaktuoja, negali būti naudojamas adatos praplovimui pakartotinai.		
21.	Injektoriaus papildomos funkcijos	Turi gebėti atlikti praskiedimo ir pridėjimo funkcijas		
22.	Kolonų termostatas	Turi talpinti bent vieną kolonėlę su prieškolone. Maksimalus kolonėlės ilgis ne mažiau nei 150 mm, maksimalus vidinis skersmuo ne mažiau nei 4,6 mm.		
23.	Palaikoma temperatūra	Nustatomos temperatūros intervalas nuo ne daugiau nei 20°C iki ne mažiau nei 90°C, nustatymo žingsnis ne didesnis nei 0,1°C. Temperatūros tikslumas ne daugiau nei ± 0,5°C, stabilumas ne daugiau nei ± 0,3°C		
24.	Diodų matricos detektorius	Ultravioleto ir regimos šviesos sugerties diodų matricos detektorius, galintis dirbti 2D ir 3D režimuose tuo pačiu metu.		
25.	Šviesos šaltinis	Viena deuterio lempa visam registravimo intervalui.		
26.	Registravimo intervalas	Registravimo intervalas ne siauresnis nei nuo 190 nm iki 800 nm. Bangos ilgio nustatymo tikslumas ne daugiau kaip ± 1 nm.		

27.	Detektoriaus triukšmo lygis	Triukšmo lygis ne didesnis nei 3×10^{-6} AU, fiksuojant triukšmą kai bangos ilgis yra 230 (± 10 nm).		
28.	Detektoriaus signalo stabilumas	Signalas stabilumas ne blogesnis nei (poslinkis ne didesnis nei) 1×10^{-3} AU/h.		
29.	Detektoriaus srautinė kiuvetė	Analitinė matavimo kiuvetė - optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (± 1) mm, talpa ne didesnė nei 500 nL.		
30.	Fluorescencijos detektorius	Daugiakanalės skenuojantis fluorescencijos detektorius, pritaikytas darbui su ultra efektyviosios chromatografijos sistema		
31.	Sužadavimo ir registracijos intervalas	Sužadavimas nuo ne daugiau nei 200 nm iki ne mažiau nei 880 nm; Registracija nuo ne daugiau nei 210 nm iki ne mažiau nei 900 nm		
32.	Jautrumas	Vandens Ramano spektro signalo/triukšmo santykis ne mažesnis nei 1000, matuojant vieno bangos ilgio režime		
33.	Duomenų surinkimo sparta	Ne mažesnė nei 80 Hz		
34.	Detektoriaus srautinė kiuvetė	Talpa ne didesnė nei 2 μ L, tolerancija slėgiui ne mažesnė nei 3 MPa		
35.	Sistemos valdymas	Visa sistema turi būti valdoma esama Empower 3 CDS programa arba lygiaverte per kompiuterinę stotį, kuri naudojama turimos Waters Alliance e2695 XC sistemos arba lygiavertės darbui. Tiekėjas turi paruošti programinę įrangą taip, kad turima HPLC ir perkama ultra aukšto efektyvumo chromatografinė sistemos galėtų būti valdomos viena Empower 3 CDS programa arba lygiaverte tuo pačiu metu.		
36.	IQ/OQ dokumentacija ir atlikimas	Turi būti		

37.	Įrangos instaliavimas, testavimas ir darbuotojų apmokymas	Turi būti		
38.	Garantinis laikotarpis	Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos instaliavimo ir paleidimo datos).		
39.	El. maitinimas.	Ne mažiau 230 VAC, 50 Hz.		
40.	Siūloma įranga turi būti nauja (nenaudota) ir pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus iki jos įsigijimo datos	Turi būti		
41.	Kita	Chromatografinė sistema. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, jungtys ir priemonės pilnaverčiam sistemos darbui užtikrinti.		
42.	Pristatymo vieta	V.A. Graičiūno g. 6, LT-02241, Vilnius, Lietuva		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__